

СТАТ СТРИП ЭКСПРЕСС STATSTRIP GLUCOSE/KETONE XPRESS



STATSTRIP XPRESS GLUCOSE/KETONE METER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- ЖК-черно-белый дисплей
- Крупные цифры (30 мм)
- Традиционный контроль качества с заранее заданными значениями контрольных материалов
- Авто-отключение прибора, при его простое
- Автоматическое обнаружение пробы при анализе
- Автоматический поиск результатов по дате/времени.

Технические характеристики:

Хранение данных:

Данные пациентов и контролей качества: 400 тестов

Связь:

Передача данных: через порт USB

Программа для работы с данными: NOVA Microsoft-Excel

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ:

Тип: 3V Li батарея, сменная

Срок жизни: Минимум на 600 тестов

Вес анализатора: 75 г.

Размер анализатора: 91 x 58 x 23 мм

ТЕСТ-ПОЛОСКИ STATSTRIP GLUCOSE

ТЕСТЫ:

Тесты измерения: глюкоза ,
скорректированная по гематокриту

Выводимый тест: глюкоза

Время анализа: 6 секунд

Объем образца: 1.2 мкл

Методология теста: электрохимическая

ТИП ОБРАЗЦА:

Цельная кровь: артериальная, венозная,
капиллярная

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ: 10-600
MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L)

ИСКЛЮЧЕНО ВЛИЯНИЕ:

Гематокрита, аскорбиновой кислоты, мочевой
кислоты, ацетоаминофена, билирубина,
мальтозы, галактозы, ксилозы, кислорода,
парацетамола, билирубина.

Рабочие диапазоны:

Температура: 15 ° C-40 ° C

Высота: до 15000 футов

Влажность: от 10% до 90% относительной влажности

РЕАГЕНТЫ И ПОЛОСКИ:

Тест-полоски: 25 полосок в каждом тубусе, 2 тубуса в упаковке.

Контроль качества: Три уровня (низкий, норма, высокий); каждый уровень
предлагается отдельно.

Линейный раствор: Пять уровней.

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕСТ-ПОЛОСОК И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

30 месяцев с даты изготовления, 90 дней после вскрытия

ТЕСТ-ПОЛОСКИ STATSTRIP KETONE

ТЕСТЫ:

Тесты измерения: кетоны

Выводимый тест: кетоны

Время анализа: 10 секунд

Объем образца: 0.6 мкл

Тип образца: Цельная кровь: артериальная, венозная, капиллярная

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ: 0.0-8.0 MMOL/L

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ:

Температура: 15°C-40°C

Высота: до 15000 футов

Влажность: 10% до 90% относительной влажности

Гематокрит: 20-65%

РЕАГЕНТЫ И ПОЛОСКИ:

Тест-полоски: 25 полосок в каждом тубусе, 2 тубуса в упаковке.

Контроль качества: Три уровня (низкий, норма, высокий); каждый уровень предлагается отдельно.

Линейный раствор: Пять уровней.

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕСТ-ПОЛОСОК И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

24 месяцев с даты изготовления, 90 дней после вскрытия.

* β -hydroxybutyrate

Производитель: NOVA Biomedical